



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ



Je soussigné, Philippe BODILIS représentant le :

Groupe PAREDES
1, rue Georges Besse
69740 GENAS

Déclare que l'équipement de protection individuelle neuf décrit ci-après :

Gant nitrile Blanc OPTISANE
A usage unique non poudré
PROP

Référence :

706857 Taille 5/6 X-Small
706867 Taille 6/7 Small
706877 Taille 7/8 Médium
706887 Taille 8/9 Large
706897 Taille 9/10 Taille X Large

Satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la Directive 93/42/CEE ainsi qu'aux dispositions applicables de la Cinquième Partie du Livre II Titre 1^{er} du Code de la Santé Publique tant que :

Dispositif Médical de classe 1

Ce dispositif Médical est également conforme aux dispositions applicables des normes :

EN 455-1 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 1 : détection des trous – prescriptions et essais
EN 455-2 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 2 : Propriété physiques : Exigences et essais
EN 455-3 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 3 : exigences et essais pour évaluation biologique
EN 455-4 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 4 : exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation

Fait à Genas, le 18 juillet 2017

Philippe BODILIS
Directeur Développement Durable

